DÉTERGENT - DÉSINFECTANT
DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE IIb

UMONIUM 38®

INSTRUMENTS

ECO RESPONSABLE

✓ FORMULE SANS
- → COMPOSANT CMR**
- → PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

“ Le détergent - désinfectant non corrosif ”

UMONIUM 38® **INSTRUMENTS** opère un décollage des salissures organiques et procède à une décontamination de large spectre du matériel traité. Très rapide, cette solution de trempage éradique en un temps de contact réaliste, les souches les plus résistantes des germes hospitaliers (MRSA, VIH, VHC, VHB, ...). Ce produit d'excellence assure une désinfection ultra performante et garantit une instrumentation médicale et chirurgicale étincelante. Il n'émet aucune vapeur toxique, aucun perturbateur endocrinien, ... Sans danger de corrosion pour l'instrumentation, la solution est biodégradable et peut être éliminée à l'évier.

ISO 13485 2016

** Carcinogène, Mutagène et Reprotoxique

laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

UMONIUM38® INSTRUMENTS

ECO RESPONSABLE

✓ FORMULE SANS
- ➜ COMPOSANT CMR**
- ➜ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

INDICATIONS
Nettoyage et désinfection de dispositifs médicaux invasifs avant stérilisation.

COMPOSITION
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 99g/L.

STANDARDS NORMATIFS
- Conforme à la DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (annexe II, excl. §4)
- Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001:2015 et EN ISO 13485:2016

MODE D'EMPLOI
Nettoyage/Pré-désinfection: Utiliser à 0,5% (25 mL/5L d'eau*). Immerger. Brosser les dispositifs ou utiliser les ultrasons pour éliminer toute salissure. Rincer soigneusement à l'eau*.

Désinfection: Utiliser à 2,5% (25 mL/L d'eau*) sur dispositifs propres. Respecter un temps de trempage de minimum 10 minutes. Rincer soigneusement à l'eau*.

UMONIUM38® INSTRUMENTS ne remplace pas la procédure de stérilisation.

PROPRIÉTÉS
- Dispositif médical Classe IIb
- Détergent - désinfectant à large spectre d'activité
- Non toxique, aucune vapeur dangereuse
- DL_{50} (rat): 5840 mg/kg
- Non corrosif: pH 7
- Produit dilué non irritant pour la peau (aucune toxicité transdermique)
- Sans aldéhyde, peroxyde, biguanide ou autre composant carcinogène, mutagène, reprotoxique
- Non coagulant
- Ininflammable
- Bactéricide, fongicide, mycobactéricide (inclus le MRSA) et virucide
- 100% compatible sur fibre optique, caoutchouc, polycarbonate, composé acrylique, verre, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, néoprène, latex, silicone, peintures, acier inox 410
- Efficace, rapide et performant (dissout le sang)
- Efficace en présence de matières organiques
- Rapidité de désinfection: 10 min.
- Sans résidu après rinçage
- Stabilité: 36 mois date de fabrication
- Biodégradable

ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
PF 12110	Flacon doseur 1 litre	12 x 1 litre
PF 12112	Bidon de 5 litres avec pompe	4 x 5 litres
PF 12153	Flacon doseur 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 %	1 pièce
EMB 0013 - 2.5 %	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2,5 %	1 pièce

PROCÉDURE D'UTILISATION

ÉTAPE ❶ : NETTOYAGE

➥ Un bain par utilisation



Utiliser à 0,5% (25 mL/5L d'eau*)

Immerger, brosser ou utiliser les ultrasons pour éliminer toute salissure

Rincer soigneusement à l'eau*

ÉTAPE ❷ : DÉSINFECTION

➥ Utilisation du bain jusqu'à trouble visuel de celui-ci

Utiliser à 2,5% (25 mL/L d'eau*)

Temps de trempage de minimum 10 minutes

Rincer soigneusement à l'eau*

DONNÉES TECHNIQUES

Normes		Organismes cibles	Temps de contact (min.) 2,5 %
EN 1040	BACTÉRIES	*S. aureus, P. aeruginosa*	5
EN 13727	BACTÉRIES	*S. aureus, E. hirae P. aeruginosa*	10
EN 14561	BACTÉRIES	*S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae*	30
-	BACTÉRIES	*MRSA, ESBL-producing Klebsiella pneumoniae*	5
EN 1275	CHAMPIGNONS	*C. albicans*	10
EN 13624	CHAMPIGNONS	*C. albicans, A. niger*	10
EN 14562	CHAMPIGNONS	*C. albicans, A. niger*	10
EN 14476	VIRUS	Adenovirus, Poliovirus, Norovirus	1
-	VIRUS	HBV, HSV, HCV, H5N1	5
EN 14348	MYCOBACT.	*M. avium, M. terrae*	10
EN 14563	MYCOBACT.	*M. avium, M. terrae*	10

* Eau potable à température ambiante
** Carcinogène, Mutagène et Reprotoxique

FP00030 FR - Ed. 3.4 - 10/2018

www.huckerts.net

laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

BELGIQUE
20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00
Fax: +32 (0)67 84 37 67

FRANCE
38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505
Fax: +33 (0)1 3976 1115

G.D. LUXEMBOURG
19 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60
Fax: +352 26 39 42 70

ITALIE
20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87
Fax: +39 0744 81 73 39

SINGAPOUR
51 Changi Business Park Central 2
The Signature, #04-05
Singapore 486066
Tel: +65 983 45 333

UMONIUM38® est une marque déposée du Laboratoire Huckert's International